


# Untersuchung von N-Cetylpyridiniumchlorid in einer Halsschmerztablette



- Trenntechnik: MEKC
- Elektrolyt: Borat mit SDS
- Kapillare: fused silica, 50  $\mu\text{m}$  ID, Bubble Cell, 40 cm gesamt
- Detektion: direkte UV, 254 nm