



Untersuchung von N-Cetylpyridiniumchlorid (CPC)



Wässriger Standard 100 mg/l



- Trenntechnik: MEKC
- Elektrolyt: Borat mit SDS
- Kapillare: fused silica, 50 μm ID, Bubble Cell, 40 cm gesamt
- Detektion: direkte UV, 254 nm